

Hygieneplan Nageldesign

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Dosierung?
Händedesinfektion	vor bzw. nach Behandlungen und weiteren Tätigkeiten mit Kontaminationsgefahr	einreiben gemäß Beschreibung in der EN 1500, für die Dauer der EWZ feucht halten		
Händereinigung	vor Arbeitsbeginn, am Arbeitsende, bei sichtbarer Verschmutzung	nasse Hände einschäumen, abspülen und abtrocknen		
Händepflege	zu Arbeitsbeginn, vor Pausen, nach Händereinigung, bei Bedarf, bei Arbeitsende	in die trockenen, sauberen Hände dünn einreiben		
Instrumente desinfizierend reinigen	gesammelte Instrumente nach Zwischenlagerung im Aufbereitungsraum	gebrauchte Instrumente vollständig in Lösung eintauchen, Gelenke öffnen, komplexe Medizinprodukte zerlegen, Instrumente nie über Nacht oder über das Wochenende in der Lösung belassen		
Ultraschallbad				
Fußboden glatt	arbeitstäglich, bei sichtbarer Verschmutzung sofort Bei sichtbarer Kontamination sofort, arbeitstäglich in Räumen mit invasiven Eingriffen und in unreinen Arbeitsräumen	Wischreinigung Wischdesinfektion		
Arbeitsflächen, Bedienelemente von techn. Geräten, Griffe	arbeitstäglich, bei sichtbarer Verschmutzung sofort	Schnelldesinfektion		
Toilette/Waschbecken	arbeitstäglich, bei sichtbarer Verschmutzung sofort	Wischreinigung		